

ZADAVATEL:

Město Kroměříž

Se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

IČO: 00287351

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Tomáš Opatrný – starosta města

V Kroměříži dne 16.5.2025

Vážení,

zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace (03) k veřejné zakázce „**DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM BARBORKA – REKONSTRUKCE PAVILONU K**“ zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („zákon“).

Dotaz č. 1

Připomínky k dodávce stropních zařízení pro akci „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM BARBORKA - REKONSTRUKCE PAVILONU K“. Tak, jak jsou stropní systémy navrženy, se suspendují veškerí dodavatelé v ČR vyjma jediného. A to díky jedinému parametru - výsuvné kolejnici. Výsuvná kolejnice nemá vliv na poskytované péči o pacienta a neposkytne ani dostačující komfort, toto zařízení zcela postrádá smysl v prostoru chodby 109 ale i v pokojích 114, 111, 125 a 128. V projektu je dokonce navržena tak, že zasahuje do prostoru průchodu ve dveřích. Žádáme Vás o objasnění, zdali zadavatel trvá na tomto detailu (výsuvné kolejnici), který vyřazuje jakéhokoliv jiného dodavatele v ČR.

Odpověď č. 1

Zadavatel trvá na požadavku dodání výsuvných kolejnic, protože toto řešení je nezbytné pro zadavatelem požadovanou koncepci zvedacího systému.

Zadavatel upřesňuje, že pro transport mezi místnostmi v kontextu požadované koncepce požaduje zvedací a transportní jednotky pro jednofázový transport imobilních klientů mezi místnostmi s dvěma aktivními popruhy a mechanickou automatikou pro volné a rychlé vysouvání a zasouvání nezátíženého popruhu. Zvedací jednotky musí být dvourychlostní pro zrychlení přípravných manipulací, vybavené vestavnými napájecími akumulátory a ručním ovladačem na kabelu. Dobíjení nabíječkou mimo kolejnicový systém prostřednictvím ručního ovladače. Software zvedací jednotky pro komunikaci s PC pro sledování statistik používání a dalších informací.

Transport mezi místnostmi musí probíhat rychle a jednoduše, tj. v jedné fázi systémem přenesení klienta v závěsu zvedací jednotkou standardními dveřmi (bez úprav dveří, zárubní či naddveří) přímo z jedné kolejnice na druhou. Požadujeme současné navíjení a odvíjení obou závěsných popruhů zvedací jednotky při přechodu mezi místnostmi ovládané společně jedním tlačítkem ručního ovladače. Zvedací jednotka musí při transportu mezi místnostmi současně jeden popruh aktivně uvolňovat a druhý navíjet, aby nedocházelo k výraznému poklesu přepravované osoby! Zvedací jednotky s jedním aktivním navíjecím popruhem a jedním pomocným pevným popruhem pro vícefázový

přechod mezi místnostmi přes pomocný popruh nejsou vzhledem k násobnému množství manipulačních úkonů a delším časům transportu mezi místnostmi pro potřeby zadavatele vyhovující! Rovněž systémy, kdy jsou pro přechod mezi místnostmi používány 2 zvedací jednotky, nejsou při potřebě na rychlé a jednoduché ovládání vyhovující.

Obecná informace:

Zadavatel stále zpracovává odpovědi k některým dotazům, které mají vliv na rozpočet a PD. Po těchto úpravách zadavatel uveřejní nový rozpočet a PD a prodlouží adekvátně i lhůtu pro podání nabídek.

Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli se blíží lhůta pro podání nabídek, zadavatel rozhodl opětovně o prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Stávající lhůta pro podání nabídek: 20.5.2025 10:00 hod.

Aktuální lhůta pro podání nabídek: 30.5.2025 10:00 hod.

.....
za pověřenou osobu